


КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕТРОЛОГИЯ



ДО
ЕТ "МЕГА-Р Динев"
ул. "Ген. Скобелев" № 13-А
ар. Нова Загора

КОПИЕ: РЦМ
ар.....
КОПИЕ: КСМ – Д-я
"Граничен контрол"

На основание на положителните резултати от праведенето държавна изпитване на "Анализатор за експресен анализ на масленост и сух безмаслен остаток" тип Лактан 1-4, производство на "Собагроприбор" – Русия, отразени в Протокол № 014 от 13.05.1994 г. на отдел "Химия, медицина и екология" същият се вписва в Държавния регистър на разрешените за използване средства за измерване в страната под

№ 1 4 5 7 от 20.05.94 г.

Срокът на валидност а, пет години. Анализаторът подлежи на периодична проверка със срок 6 месеца в съответствие с изискванията на Наредба № 4 на КССМ (ДВ бр. 71/30.06.91 г.).

Вносителят на утвърдения тип средство за измервана е необходима да св регистрина в НЦМ във връзка с ул. 17 от Закона за мерките и измервателните уреди по реда на Инструкция 1 на КСМ (ДВ бр. 64 от 1989 г.)

Приложение: Протокол за изпитване № 14 /само за ЕТ "МЕГА-Р Динев"/

Гл. директор

