ООО «ТД Сибагроприбор»

ИН 5433167778 КПП 543301001 Индекс 630501, Новосибирской обл., Новосибирский р-н, р. п. Краснообск, ул. Восточная, д.22, ком 5-6, а/я 391
№ 40702810700430011347, Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ, (ПАО) г. Москва, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411
т/факс:+7(383) 217-40-04, 348-03-92; e-mail: td@sibagropribor.ru, www.sibagropribor.ru

Инкубатор (тип MINI-T) HMG-GS

Принцип работы

Устройство представляет собой термостатическую металлическую баню, управляемую микрокомпьютером. Устройство может широко использоваться для изучения реакции образцов.

Характеристики

• Мгновенное отображение температуры и времени
• Функция автоматического напоминания
• Функция настройки температуры
• Источник питания 24VDCс встроенной тепловой защитой
• Зеленый жк-дисплей, кнопка управления переключениями

Комплект поставки

- Инкубатор -1 шт
- Кабель питания -1 шт
- Переходник -1 шт
- Руководство по эксплуатации -1 шт
- Сертификат качества -1 шт
- Гарантийный талон -1 шт
- Упаковочный лист -1 шт

Технические параметры

- Температурный режим: 2 оС - 100оС
- Время нагрева: 12 мин
- Температуроустойчивость при 100 оС : <+ 0.5 оС
- Max температурный перепад при 40 оС : 0.3 оС
- Стабильность температуры: <+0.5 оС
- Точность панели температурного контроля: 0.1 оС
- Max время действия: 99 часов 59 мин. 59 с.
- Max температура: 100 оС

Порядок работы HMG-GS

(1) Подключите устройство к источнику питания, включите кнопку питания, которая находится справа внизу на устройстве. Экран загорится вверху. PV указывает текущую температуру и местное время. SV отображает заданную температуру и временные установки.

(2) Если вы хотите внести изменения в настройки температуры, нажмите кнопку Prog., окошко слева снизу загорится (каждый раз, нажимая на кнопку Prog., мигающий разряд будет перемещаться назад). Оператор может использовать кнопки ^ и v, чтобы выставить необходимую температуру и время (слева отображаемся температура, а справа - время). Когда температура достигнет нужного показателя, нажмите на кнопку Time, чтобы начать отсчет времени. Когда время будет близиться к завершению, устройство подаст звуковой сигнал от 5 до 7 раз, потом перестанет звенеть.

(3) Если оставить устройство включенным, температура не изменится.

Простое обучение работе

- **Изучите прилагаемую инструкцию**
- **ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ позволит быстро освоить работу**

Рекомендуем дополнительно заказать:

- **Оборудование для санитарного контроля и гигиены на производстве**
- **pH-метр** (для контроля кислотности молока)
- **Термометр (электронные, карманные для молока, сыра)**
- **Тесты для определения антибиотиков в молоке**
- **Набор для пробоотбора молока** (мутовки, пробоотборники, кружки)
- **Весы лабораторные и аналитические**

Надеемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество!!!

ООО «ТД Сибагроприбор»
Ваш менеджер
(383) 217-40-04, 348-03-92
td@sibagropribor.ru
www.sibagropribor.ru